



Informace o poskytování první pomoci



Obsah odpovídá vyhlášce č. 206/2018, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb. MD velikost I.

Odpovídá i MDR 2017/745 tj. v souladu s článkem 22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/45 ze dne 05. dubna 2017 o ZP

- | | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|---|------|-------------------------------------|---|-------|-----------------------------------|---|
| 3 ks | OBVAZ HOTOVÝ s 1 polštářkem | € | 1 ks | NÁPLAST HLADKÁ, cívka 2,5 cm x 5 m | € | 1 pár | RUKAVICE pryžové chirurgické | € |
| 3 ks | OBVAZ HOTOVÝ s 2 polštářky | € | 1 ks | OBINADLO ŠKRTICÍ pryžové 60x1250 mm | € | 1 ks | ISOTERMICKÁ fólie min. 200x140 cm | € |
| | | | | | | 1 ks | NŮŽKY se sklonek - délka 15 cm | € |

Doporučení : po uplynutí 4 let po datu kompletece proveďte kontrolu doby použitelnosti jednotlivých komponentů, která je uvedena na jejich

obalu a proveďte jejich výměnu. Komponenty lze vyměňovat samostatně.

Residuální riziko: Všechny komponenty jsou určeny pro jednorázové použití, v případě opakovaného použití by mohlo dojít ke křížové kontaminaci

Likvidace: Použité komponenty z lékárníčky vhodte do příslušné nádoby nebo PE sáčku pro odpad Lékárníčku nevystavujte přímému slunečnímu záření, teplotám nad 50°C a uložte na snadno přístupném, suchém a čistém prostoru

Kvalita výrobků a podmínky výroby jsou pravidelně kontrolovány dle ISO 9001:2015 a ISO 13485:2016

Hospodářský subjekt / kompletátor: AGBA, vo.s., Vesecko 487, 511 01 Turnov, IČ: 00529036
e-mail: agba@agba.cz, <http://www.agba.cz> tel./fax 481 323 449



Kompletece dne:

Expirace: